

ZADANIE NR 1												
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	JM	Zamawiana ilość na 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto / JM	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto / JM	Wartość brutto	Nazwa producenta i nazwa produktu	Numer katalogowy produktu	Wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Obwód oddechowy do respiratora	Jednokrotnego użytku, sterylne. Gładki wewnętrznie. Dla dorosłych. Dwie rury o długości 180cm z PCV, złącza do respiratora 22mmF typu Flex, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, kolanko z portem luer-lock. Średnica rur 22mm. Czas stosowania 7 dni. Opakowanie folia-papier. <u>Obwód oddechowy rozłączalny ze złączem do podłączenia nebulizacji.</u>	zestaw	1 500			8					
2	Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia	Jednokrotnego użytku, sterylne. Gładki wewnętrznie. Dla dorosłych. Ramiona o długości 180cm z PCV, złącza do urządzenia 22mmF typu Flex, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, łącznik kątowy z portem do kapnografii (15mmM-22mmM/15mmF), dodatkowe ramię długości 90cm, worek oddechowy dwulitrowy. Opakowanie folia-papier.	zestaw	7 000			8					
x	RAZEM	X	X	X	X		X	X		x	x	X

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

data

podpis wykonawcy