

Szczecin, dn. 29.06.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/59/15

## Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Wykonawca nr 1

Na podstawie art. 38 ust 1 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie następujących preparatów:

**Poz. 1** Prosimy o dopuszczenie środka dezynfekcyjnego na bazie aldehydu glutarowego (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych), płynny, słabo pieniający - SPEKTRUM: działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i prątkobójcze. Stosowany w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia w warunkach 10ml/L (1%) 60°C/5 min. Kompatybilny ze środkiem myjącym (pyt. 2), środkiem płuczącym (pyt.3), środkiem neutralizującym (pyt.4). Opakowanie: 5 L

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych wymogów SIWZ.

**Poz. 2** Prosimy o dopuszczenie alkalicznego środka myjącego do myjni - dezynfektorów. Na bazie krzemianów, substancji alkalicznych, inhibitorów korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów. ZASTOSOWANIE: do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestetycznego, butelek, szkła laboratoryjnego. Kompatybilny ze środkiem z pytań. 1, 3 i 4. Opakowanie: 5 L

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych wymogów SIWZ.

**Poz. 3** Prosimy o dopuszczenie środka płuczącego do myjni - dezynfektorów. ZASTOSOWANIE: do płukania w maszynowym reprocessingu wyrobów medycznych typu narzędzia chirurgiczne, sprzęt anestetyczny, endoskopy elastyczne, butelki. Kompatybilny ze środkiem z pyt. 1, 2 i 4. Opakowanie: 5 L

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych wymogów SIWZ.

**Poz. 4** Prosimy o dopuszczenie kwaśnego środka neutralizującego do myjni - dezynfektorów. ZASTOSOWANIE: używany jako środek neutralizujący po etapie głównego mycia alkalicznego w myjniach - dezynfektorach. Może być także stosowany jako środek myjący w etapie kwaśnego mycia wstępnego podczas maszynowej dekontaminacji. Kompatybilny ze środkiem z pyt. 1, 2 i 3. Opakowanie: 5 L

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych wymogów SIWZ.

## Wykonawca nr 2

### Pakiet 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do chemiczno-termicznej dezynfekcji działający w czasie 5 minut i temperaturze 60 stopni spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych wymogów SIWZ.

### Pakiet 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o doskonałych właściwościach myjących do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, endoskopów i kontenerów, o szerokiej tolerancji materiałowej, z zawartością anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, polikarboksymalntów, enzymów, inhibitorów korozji, bez krzemianów, o pH koncentratu ok. 11, o pH roztworu roboczego ok. 10,5, zarejestrowanego jako wyrób medyczny w opakowaniach a 5L?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowany produkt przy spełnianiu pozostałych wymogów SIWZ.

### Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu płuczącego w opakowaniach a 5 kg, zarejestrowanego jako wyrób medyczny? Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza przeliczenie proponowanych produktów 5l=5kg, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

### Pakiet 1 Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do neutralizacji, stosowany po maszynowej, termicznej lub chemiczno-termicznej dezynfekcji i myciu- zawierający kwas fosforowy. Ponadto preparat może być stosowany do wstępnego kwaśnego oczyszczania, jako podstawowy preparat czyszczący do narzędzi oraz wewnętrznych powierzchni maszyn a także jako preparat czyszczący stosowany w manualnej kąpieli zanurzeniowej, w opakowaniach a 6 kg, o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Czy do obliczeń należy przyjąć 6l = 6kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaproponowania środka zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie zamieszczane **jest na 2 dni przed** terminem składania ofert w związku z powyższym zamawiający nie przedłuży terminu składania i otwarcia ofert.

**Termin składania ofert upływa dnia 02.07.2015 r. o godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2015 r. o godz. 11:00**

*Z poważaniem*