

Znak sprawy: ZP/220/59/15

Szczecin, dn. 17.07.2015 r.

*w sprawie: na dostawę zestawu preparatów do myjni – dezynfektora przelotowego 46-5 Getinge***ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu *na dostawę zestawu preparatów do myjni – dezynfektora przelotowego 46-5 Getinge* dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta 1: SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.

UL. RYDYGIERA 8

01-793 WARSZAWA

Cena oferty brutto 12.222,19 ZŁ.

Termin realizacji dostawy częściowej – 2 dni robocze

Oferta 2: Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego

CENTROWET-CEZAŁ SP. Z O.O.

UL. DĄBROWSKIEGO 133/135

60-543 POZNAŃ

Cena oferty brutto 15.192,36 ZŁ.

Termin realizacji dostawy częściowej – 1 dzień roboczy

Oferta 3 BIALMED SP. Z O.O.

UL. M. KONOPNICKIEJ 11

12-230 BIAŁA PISKA

Cena oferty brutto 14.765,22 ZŁ.

Termin realizacji dostawy częściowej – 1 dzień roboczy

Oferta 4: MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO- USŁUGOWA SP. Z O.O.

UL. NIEDŹWIEDZIA 60

15-531 BIAŁYSTOK

Cena oferty brutto 15.219,90 ZŁ.

Termin realizacji dostawy częściowej – 2 dni robocze

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

z postępowania **odrzucono 1 ofertę:**

Oferta 1: SCHULKE POLSKA SP. Z O.O.

UL. RYDYGIERA 8

01-793 WARSZAWA

Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie merytoryczne: Zamawiający wymagał aby zaoferowane preparaty zostały poddane badaniu w myjni-dezynfektorni typ 46-5 produkcji Getinge Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i gwarantowały prawidłowy końcowy efekt mycia i dezynfekcji zgodnie z normą PN EN-ISO 15883.

Z informacji uzyskanej w dniu 09.07.2015 r. od Getinge Poland Sp. z o.o. wynika, że zarówno producent urządzenia, jak i autoryzowany serwis nie przeprowadzali testów skuteczności mycia i powtarzalności procesu przy użyciu środków:

1. THERMOSEPT ED 5L
2. THERMOSEPT X-TRA 5L
3. THERMOSEPT KSK5 KG
4. THERMOSEPT NKP 6 KG

zaoferowanych przez Wykonawcę Schulke Polska Sp. z o.o. .

Ponadto Getinge Sp. z o.o. oświadczyła, że jakakolwiek zmiana płynów na inne bez wcześniejszej zgody producenta systemu powoduje utratę ważności walidacji urządzeń i konieczność przeprowadzenia kwalifikacji potwierdzającej skuteczność mycia i dezynfekcji zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-2:2010, aby na nowo potwierdzić skuteczność i powtarzalność procesu.

Dodatkowo potwierdzeniem faktu, że zaoferowane preparaty nie mogą być używane w *myjni – dezynfektorze przelotowym 46-5 Getinge* jest to, że producent urządzenia uznaje że prawidłowo współpracują z urządzeniem jedynie detergenty produkcji Bohrer Chemical, Johnson-Diversey, Ecolab.

Mając na uwadze powyższe argumenty Zamawiający zdecydował odrzucić ofertę Wykonawcy, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana **oferta** złożona przez wykonawcę:

Oferta 3 - BIALMED SP. Z O.O.

UL. M. KONOPNICKIEJ 11

12-230 BIAŁA PISKA

Cena oferty brutto 14.765,22 ZŁ.

Termin realizacji dostawy cząstkowej – 1 dzień roboczy

Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych, nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów.

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacją

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto 95 %	Termin realizacji dostawy cząstkowej- 5%	Liczba pkt w kryterium cena – 100%
2	Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL SP. Z O.O.	92,33	5,00	97,33
3	BIALMED SP. Z O.O.	95,00	5,00	100,00
4	MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	92,16	2,50	94,66

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 22.07.2015 r.

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze ofert została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem

DYREKTOR SPSK - 2