

Szczecin, dn. **04.08.2016** r.**Znak sprawy: ZP/220/62/16**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego na dostawę na dostawę elektrod do monitorowania, prowadnic do trudnych intubacji, czepek do mycia głowy na sucho, materiałów laboratoryjnych, odczynników laboratoryjnych do aparatu Cobas e601, czyszciva do usuwania zabrudzeń dla SPSK 2 PUM w Szczecinie*

## Wyjaśnienie nr 3

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Wykonawca nr 1

#### **Pytanie: dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, niewymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA, pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W), zapachowy, zarejestrowany, jako wyrób medyczny (8% VAT)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania czepka jednorazowego, który nie jest wyrobem medycznym i posiada stawkę VAT w wysokości 23 %.**

### Wykonawca nr 2

Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu.

#### **Pytanie: dotyczy zapisów umowy**

Prosimy Zamawiającego o określenie terminu ważności oferowanych wyrobów w dniu dostawy jako min. 2/3 terminu ważności określonego przez producenta

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby w zakresie zadań nr 1-7 oraz 9 dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia wynoszący **nie mniej niż 12 miesięcy** licząc od daty dostarczenia wyrobów do siedziby Kupującego.

Zamawiający nie przesuwa terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2016 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2016 r. o godz. 11:00 .

*Z poważaniem*