

Szczecin, dn. 09.11.2016 r.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Pocztą e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Znak sprawy: ZP/220/70/16***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch stołów operacyjnych.***WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Prosimy o sprecyzowanie: w punkcie 10 opisu przedmiotu zamówienia – stołu operacyjnego do zabiegów urologicznych endoskopowych Zamawiający opisał z jakich elementów powinien składać się blat stołu. Czy Zamawiający celowo pominął segment pleców, z którego składa się blat stołu, czy nastąpiła pomyłka pisarska? Prosimy o uzupełnienie lub doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 1 do formularz oferty.

Pytanie 2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych oraz stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z gumową osłoną pomiędzy kolumną a blatem stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych oraz stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z polotem bez podświetlonych przycisków a z podświetlonym wyświetlaczem LCD na którym wyświetlane są aktualnie wykonywane ruchy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca może załączyć również instrukcję obsługi, a taką chyba posiada nawet jeżeli nie jest Producentem lub autoryzowanym Przedstawicielem Producenta.

Pytanie 4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych oraz stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

Poz. 16. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z materacami poliuretanowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Dotyczy wzoru umowy:

§ 6 pkt. c). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: *czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu czterech dni roboczych po zgłoszeniu awarii faksem?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych:


dotyczy pkt 3 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z gumowymi osłonami przegubów umieszczonych między blatem a kolumną stołu? Oferowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze, więc lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Pocztą e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

Pytanie 7. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 3 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z gumowymi osłonami przegubów umieszczonych między blatem a kolumną stołu? Oferowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze, więc lepsze od wymaganego.



Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 6 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z blokowaniem podstawy poprzez chowanie kół w podstawie, przez co stół podczas zabiegu stoi stabilnie na całej podstawie stołu? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę przy jednoczesnym spełnieniu warunku samopoziomowania podstawy do powierzchni.

Pytanie 9. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 8 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z panelem sterowania awaryjnego umieszczonym na kolumnie stołu w osi długiej? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 9 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z całkowicie przziernym blatem dla promieni RTG, bez wbudowanych przewodnic na kasety RTG? Pragniemy zauważyć, że korzystając z ramienia C które jest powszechnie stosowane na blokach operacyjnych, kasety RTG nie są stosowane.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 10 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z 5 segmentowym blatem z wypiętrzeniem nerkowym realizowanym poprzez funkcję flex/reflex oraz z wycięciem urologicznym bez wypełnienia materacem?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 12 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 460kg w pozycji centralnej?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem możliwości obciążenia stołu ciężarem 360 kg w każdym ułożeniu blatu stołu.

Pytanie 13. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 13 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z szynami do mocowania akcesoriów na wszystkich elementach i z dwóch stron w sekcji podgłówka?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

Pytanie 14. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 14 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół o wymiarach 2060mm/520mm bez szyn?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 15 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z zakresem regulacji segmentu głowy $+45^{\circ}/-90^{\circ}$, segmentu pleców $+90^{\circ}/-45^{\circ}$, Trendelenburg/antyTrendelenburg $\pm 36^{\circ}$, flex $-45^{\circ}/-36^{\circ}$, reflex $90^{\circ}/36^{\circ}$, przechyłu bocznego $\pm 26^{\circ}$, segment nóg $+80^{\circ}/-90^{\circ}$ i odwodzenie 60° , wypiętrzenia nerkowego w formie flex/reflex, przesuwu wzdłużnego 480mm oraz regulacją wysokości 575-1075mm? Pragniemy zauważyć, że wszystkie oferowane parametry są lepsze od wymaganych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 16 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z materacami o grubości 75mm? Pragniemy zauważyć, że oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 17. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 17 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z pilotem w którym pozycję flex/reflex osiąga się za pomocą menu ekranowego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 18 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z bez wskaźnika trybu serwisowego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy pkt 19 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z panelem sterowania awaryjnego z możliwością włączenia stołu, blokowania/odblokowywania, regulacją góra/dół, przechyły wzdłużne, przechyły boczne, sekcji pleców oraz sekcji nóg?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych: dotyczy terminu dostawy – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 90 dni?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 21. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych: dotyczy pkt 3 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z gumowymi osłonami przegubów umieszczonych między blatem a kolumną stołu? Oferowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze, więc lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

dotyczy pkt 4 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z osłoną podstawy osadzoną na prostokącie z zaokrąglonymi narożnikami wypustkami bez możliwości wsunięcia stóp pod podstawę? Poniżej na zdjęciu przedstawiamy podstawę oferowanego stołu.



Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

dotyczy pkt 6 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z blokowaniem podstawy poprzez chowanie kół w podstawie, przez co stół podczas zabiegu stoi stabilnie na całej podstawie stołu? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

dotyczy pkt 8 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z panelem sterowania awaryjnego umieszczonym na kolumnie stołu w osi długiej? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

dotyczy pkt 9 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z całkowicie przesuwalnym blatem dla promieni RTG, bez wbudowanych przewodnic na kasety RTG? Pragniemy zauważyć, że korzystając z ramienia C które jest powszechnie stosowane na blokach operacyjnych, kasety RTG nie są stosowane.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 26. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

dotyczy pkt 10 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z 4 segmentowym blatem z wycięciem urologicznym bez wypełnienia materacem?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

dotyczy pkt 12 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 460kg w pozycji centralnej?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem możliwości obciążenia stołu ciężarem 360 kg w każdym ułożeniu blatu stołu.

Pytanie 28. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:

dotyczy pkt 13 – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z szynami do mocowania akcesoriów na wszystkich elementach i z dwóch stron w sekcji podgłówek?

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427**
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:**dotyczy pkt 14** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół krótszy niż 2082mm i o szerokości 520mm bez szyn?**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę: długość w zakresie od 2050 mm do 2100 mm, szerokość 520 mm bez szyn.

Pytanie 30. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:**dotyczy pkt 15** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z zakresem regulacji segmentu głowy $+45^{\circ}/-90^{\circ}$, segmentu pleców $+90^{\circ}/-45^{\circ}$, Trendelenburg/antyTrendelenburg $\pm 36^{\circ}$, flex $-45^{\circ}/-36^{\circ}$, reflex $90^{\circ}/36^{\circ}$, przechyłu bocznego $\pm 26^{\circ}$, segment nóg $+80^{\circ}/-90^{\circ}$ i odwodzenie 60° , przesuwu wzdłużnego 480mm oraz regulacją wysokości 575-1075mm? Pragniemy zauważyć, że wszystkie oferowane parametry są lepsze od wymaganych.**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:**dotyczy pkt 16** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z materacami o grubości 75mm? Pragniemy zauważyć, że oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 32. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:**dotyczy pkt 17** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z pilotem w którym pozycję flex/reflex osiąga się za pomocą menu ekranowego?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:**dotyczy pkt 18** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z bez wskaźnika trybu serwisowego?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:**dotyczy pkt 19** – Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu stół z panelem sterowania awaryjnego z możliwością włączenia stołu, blokowania/odblokowywania, regulacją góra/dół, przechyły wzdłużne, przechyły boczne, sekcji pleców oraz sekcji nóg?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 35. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – stół do zabiegów urologicznych endoskopowych:**dotyczy terminu dostawy** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 90 dni?**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Pytanie 36. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:**

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z osłoną górnej części kolumny z tworzywa sztucznego oraz osłoną podstawy z wytrzymałego na uderzenia i zarysowania kompozytu włókna szklanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z podstawą profilowaną z możliwością swobodnego dostępu operatora do stołu z każdej ze stron. Wymóg możliwości wsunięcia stóp operatora pod podstawę stołu operacyjnego nie gwarantuje swobodnego dostępu operatora na przykład gdy podstawa jest bardzo duża.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół na czterech podwójnych kołach o średnicy 125mm koła niezabudowane w podstawie stołu co umożliwi łatwe czyszczenie i dezynfekcję kół oraz łatwe manewrowanie stołem operacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół, który jest blokowany poprzez jednoczesne blokowanie wszystkich kół?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę przy jednoczesnym spełnieniu warunku samopoziomowania podstawy do powierzchni.

Pytanie 40. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół sterowany za pomocą pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylną – na dłuższym boku kolumny. W praktyce panel awaryjny w podstawie stołu zmuszałby personel do jego obsługi w pozycji prawie leżącej bądź półleżącej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół z blatem przezierny dla promieni RTG bez wbudowanych przewodnic kaset 14”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół w następującej konfiguracji blat pięciosegmentowy, składający się z:

- segment głowy odejmovany, regulowany przy użyciu jednej ręki
- segment dolny pleców
- segment górny pleców
- segment siedziska z wycięciem urologicznym
- segment nóg odejmovany, dzielony wzdłuż osi stołu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści blat stołu o długość bez szyn powyżej 2000mm i szerokości 540mm?

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę w zakresie od 2050 mm do 2100 mm.

Pytanie 44. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o udźwigu 360kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem możliwości takiego obciążenia w każdym ułożeniu blatu stołu.

Pytanie 45. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z następującymi zakresami regulacji:

- segment głowy podgłówek z regulacją +30⁰/-45⁰
- segment pleców +70⁰/-40⁰
- Trendelenburg 25⁰, anti-Trendelenburg 25⁰
- Flex (segment pleców/segment siedziska) 220⁰
- Reflex (segment pleców/segment siedziska) 110⁰
- przechył boczny 15⁰ na każdą stronę
- segmenty nóg +0⁰/-95⁰, odwodzenie 60⁰każdy
- przesuw wzdłużny 310 mm
- wysokość (bez materacy) dół/góra 600 mm/950 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści materace zdejmowane, o grubości 80 mm, przeciwoleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Materac segmentu pleców i siedziska jednolity (bez podziału).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści funkcje obsługiwane z pilota przewodowego lub bezprzewodowego:

- włączanie dowolnym przyciskiem
- zmiana kierunku ułożenia pacjenta (automatyczna zmiana kierunków ruchów) z sygnalizacją wybranego kierunku
- regulacja wysokości
- regulacja segmentu pleców
- Trendelenburg za pomocą jednego przycisku
- anti-Trendelenburg za pomocą jednego przycisku
- Flex za pomocą jednego przycisku
- Refleks za pomocą jednego przycisku
- regulacja przechyłu bocznego
- ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z sygnalizacją dostępną na pilocie:

- kierunek ułożenia pacjenta
- wskaźnik naładowania akumulatorów
- wskaźnik zasilania sieciowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez systemu autodiagnostyki i wyświetlacza błędów?

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50. dotyczy części A pkt 8 oraz części B punkt 8:

Czy Zamawiający dopuści sterowanie za pomocą pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego w formie pilota przewodowego umieszczonego poza strefą sterylną - w podstawie stołu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51. dotyczy części A pkt 9 oraz części B punkt 9:

Czy Zamawiający dopuści blat stołu przezierny dla promieni RTG z kanałem RTG 17,5”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52. dotyczy części A pkt 14 oraz części B punkt 14:

Czy Zamawiający dopuści blatu stołu (bez szyn) o długości większej niż wymagane 1082mm oraz o szerokości 534mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53. dotyczy części A pkt 15 oraz części B punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści segment pleców regulowany +90° /-45°?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54. dotyczy części A pkt 15 oraz części B punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji anty-Trendelenburg 31°?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55. dotyczy części A pkt 15 oraz części B punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści pozycję Flex o kącie 225°?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 56. dotyczy części A pkt 15 oraz części B punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści pozycję Reflex o kącie 100°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 57. dotyczy części A pkt 15 oraz części B punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści segmenty nóg +30°/-90°, odwodzenie 85° każdy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58. dotyczy części A pkt 15 oraz części B punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści wypiętrzenie nerkowe 75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59. dotyczy części A pkt 15 oraz części B punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści przesuw wzdłużny 430 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Pytanie 60. dotyczy części A pkt 15 oraz części B punkt 15:**

Czy Zamawiający dopuści wysokość stołu (bez materacy) dół/góra 575–1180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61. dotyczy części A pkt 19 oraz części B punkt 19:

Czy Zamawiający dopuści panel sterowania awaryjnego w formie pilota przewodowego umieszczonego w strefie brudnej w kolumnie umożliwiający załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi wymaganymi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62. dotyczy części A pkt 20 oraz części B punkt 20:

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w złącze szeregowo oferujące opcje komunikacji jak np. wspomaganą komputerowo pomoc techniczną zamiast w system autodiagnostyki z wyświetlaczem błędów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.

1) Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do formularza oferty w zakresie pozycji B (Stół do zabiegów urologicznych endoskopowych), pkt. 10. Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuży termin składania i otwarcia ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem