

Szczecin, 05.10.2018 r.

**Znak sprawy ZP/220/72/18**

W sprawie: dostawy materiałów jednorazowego użytku do wykonywania operacji okulistycznych dla Bloku Operacyjnego I Kliniki Okulistycznej SPSK-2 w Szczecinie.

**ZAWIADOMIENIE****o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadania 5**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP” zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia jak poniżej:

**ZADANIE NR 5**a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

oferta nr 1: Inov8 Sp. z o.o. SK ul. Mińska 48 lok. U1 03-808 Warszawa

oferta nr 4: Polymed Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 320 A 05-082 Stare Babice

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

oferta nr 1: Inov8 Sp. z o.o. SK ul. Mińska 48 lok. U1 03-808 Warszawa

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne: wykonawca złożył ofertę na wyroby (pęsety do witrektomii), których parametry są niezgodne z treścią SIWZ (z opisem przedmiotu zamówienia), jak opisano poniżej:

**1. w pozycji 2 dla wyrobu o nr katalogowym DVF4019-23:**

- rękojeść o średnicy 16mm w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8mm:

wymogiem zamawiającego była rękojeść o średnicy 16mm, wykonawca zaoferował wyrób, którego średnica rękojeści wynosi 16mm-17mm – zamawiający opisując ten parametr podał jedną wartość, to jest 16mm, bez rozpiętości wymiaru;

- długość całkowita 147,3mm:

wymogiem zamawiającego była długość całkowita 147,3mm, wykonawca zaoferował wyrób, którego długość całkowita wynosi 144,78mm-147,5mm – zamawiający opisując ten parametr podał jedną wartość, to jest 147,3mm, bez rozpiętości wymiaru;

- kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści:

wymogiem zamawiającego było znakowanie obu końców narzędzia, wykonawca zaoferował wyrób posiadający kolorowy znacznik na końcu rękojeści (znakowany jeden koniec narzędzia);

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie**

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: [www.spsk2-szczecin.pl](http://www.spsk2-szczecin.pl) adres e-mail: [spsk2@spsk2-szczecin.pl](mailto:spsk2@spsk2-szczecin.pl)

2. w pozycji 3 dla wyrobu o nr katalogowym DVF4019-25:

- koniec o długości 2,8mm z platformą chwytną 0,1mmx0,25mm, umieszczony w rurce ze stali nierdzewnej o długości 32mm i średnicy 0,5mm:

wymogiem zamawiającego była średnica 0,5mm, wykonawca zaoferował wyrób o średnicy części roboczej 0,6mm;

- rękojeść o średnicy 16mm w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8mm:

wymogiem zamawiającego była rękojeść o średnicy 16mm, wykonawca zaoferował wyrób, którego średnica rękojeści wynosi 16mm-17mm – zamawiający opisując ten parametr podał jedną wartość, to jest 16mm, bez rozpiętości wymiaru;

- długość całkowita 145,8mm:

wymogiem zamawiającego była długość całkowita 145,8mm, wykonawca zaoferował wyrób, którego długość całkowita wynosi 144,78mm-147,5mm – zamawiający opisując ten parametr podał jedną wartość, to jest 145,8mm, bez rozpiętości wymiaru;

- kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści:

wymogiem zamawiającego było znakowanie obu końców narzędzia, wykonawca zaoferował wyrób posiadający kolorowy znacznik na końcu rękojeści (znakowany jeden koniec narzędzia).

Badania i oceny oferty Zamawiający dokonał na podstawie ogólnie dostępnych materiałów producenta narzędzi (strona internetowa firmy Katalyst Surgical, LLC) w takim zakresie, w jakim materiały to umożliwiły oraz na podstawie wyjaśnień treści oferty, złożonych przez Wykonawcę, zawierających między innymi kartę katalogową producenta wyrobów, opisującą szczegółowe wymiary narzędzi. Wynikiem dokonanych czynności było stwierdzenie wyszczególnionych niezgodności.

Wobec powyższego, odrzucenie oferty Inov8 Sp. z o.o. jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Ponadto Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie postępowania przetargowego nie został złożony żaden wniosek o odstąpienie przez zamawiającego od wymogów opisanych powyżej. Zdaniem zamawiającego świadczy to o tym, że opis wymagań był dla potencjalnych oferentów – w tym dla Wykonawcy – jednoznaczny i nie budził wątpliwości. W innym przypadku Wykonawca winien skorzystać z regulacji zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, która bezwzględnie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:

oferta nr 4: Polymed Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 320 A 05-082 Stare Babice

**cena oferty: 162.540,00 zł brutto**

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 4 jest jedyną złożoną ważną ofertą.



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numbry telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: [www.spsk2-szczecin.pl](http://www.spsk2-szczecin.pl) adres e-mail: [spsk2@spsk2-szczecin.pl](mailto:spsk2@spsk2-szczecin.pl)



e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:

nr oferty	wykonawca	kryterium 1 cena brutto - 90%	kryterium 2 termin dostaw - 10%	łącznie
4	Polymed Polska Sp. z o.o.	90,00	10,00	100,00

Informację otrzymają Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 10.10.2018 r.

Z poważaniem  
**Dyrektor SPSK-2**  
podpis w oryginale

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz

Tel. 91 466 10 88