

Szczecin 16-10-2013r

znak sprawy: ZP/220/73/13

w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do angioplastyki i angiografii

**Wyjaśnienia nr 2**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1****Zad. 12 ZESTAW DO KLASYCZNEJ ANGIOPLASTYKI BALONOWEJ**

1. Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści przewodnik o zakresie długości 182-185 cm z możliwością przedłużenia do 300 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.**

2. Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o niskim profilu przejścia dla średnicy balonu 3,0 mm wynoszącym 0,031", pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.**

3. Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści cewnik prowadzący oferowany w rozmiarach 6—8F, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.****Pytanie 2****Zad. 14 ZESTAW DO ANGIOPLASTYKI Z IMPLANTACJĄ STENTU W OSTRYCH ZESPOŁACH WIĘNCOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ DIAGNOSTYKI NACZYŃ WIĘNCOWYCH**

Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści przewodnik o zakresie długości 182-185 cm z możliwością przedłużenia do 300 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.**

Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści stent, którego crossing profile dla średnicy 3,0 wynosi 0,041" oraz skrócenie stentu przy implantacji jest mniejsze niż 3,5%, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.**

Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści cewnik prowadzący oferowany w rozmiarach 6—8F, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza proponowany wyrób.****Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.***Z poważaniem*.....  
**DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE**