

Szczecin 19-11-2011r

Znak sprawy: ZP/220/76/12

w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę **wyrobów medycznych do zabiegów radiologicznych i kardiologicznych**

### Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

#### **Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 3:

- okludera uplecionego z jednego odcinka drutu nitinolowego – niskoprofilowy i bez zacisków, zbudowanego z dwóch dysków z dwoma membranami dakronowymi, przy czym dysk dystalny ma budowę wklęsłą, nitinolową jednowarstwową i ma zmniejszoną ilość metalu w stosunku do dysku proksymalnego. Dostępność okluderów o różnych średnicach dysków 20, 26 i 30mm. Możliwość repozycji. Możliwość zamknięcia różnego typu PFO.
- okludera do zamykania ASD uplecionego z jednego odcinka drutu nitinolowego-niskoprofilowego i bez wystających zacisków. Zakres średnic części środkowej okludera od 8 do 24 mm, umożliwiające zamykanie różnej średnicy ubytków. Zestaw składający się z okudera, sytemu uwalniającego, przewodnika, cewnika balonowego do pomiaru wielkości ubytku.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza proponowanych wyrobów w zadaniu 3.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.**

*Z poważaniem*

**DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE**