

Szczecin, dn. 04.07.2014 r.

znak sprawy: ZP/220/77/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

Wyjaśnienie nr 2

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby recenzowana publikacja naukowa przedstawiała wyniki badania częstości występowania zmętnienia tylnej torby soczewki przeprowadzonego 2 lata po zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie zamawiający **modyfikuje Kryterium oceny ofert – JAKOŚĆ** w nw. parametrze

Lp.	Parametr oceniany	Ilość punktów
1	<u>Częstość występowania zmętnienia tylnej torby soczewki w ciągu 1 roku po zabiegu</u> po upływie 1 roku po zabiegu	do 5% zmętnień - 24 pkt. od 5,1 do 25% zmętnień -16 pkt. od 25,1 do 50% zmętnień - 8 pkt. pow. 50% zmętnień -0 pkt.

Reasumując: modyfikacja polega na tym, że: słowa „w ciągu” zastępuje się słowami „po upływie”.

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający przesuwą termin składania ofert o 2 godziny.

Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2014 r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014 r. o godz. 12:30

Z poważaniem