

Szczecin, dn. 13.10.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/78/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów operacyjnych do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJI SIWZ NR 1

Zamawiający dokonuje sprostowania do wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacji SIWZ nr 1 z dnia 02.10.2015 r.. Zamawiający udzielając odpowiedzi zawężył grono Wykonawców mogących brać udział w postępowaniu. Nie było to celowym zamiarem Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający ponownie zamieszcza odpowiedź na pytanie nr 20, która brzmią następująco:

Pytanie 20, dot. Konfiguracji aparatu:

Czy Zamawiający wymaga wbudowany laser o mocy 30-2000 mW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem