

Szczecin, dn. 26.10.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/80/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jedнокrotnego użytku do zabiegów endowaskularnych.

WYJAŚNIENIE NR 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 5

Czy zamawiający dopuści stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej o poniższych parametrach:

Zbudowany ze stentu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem z ePTFE oraz z przymocowanego proksymalnie i dystalnie poliuretanowego endobagu, który podczas zabiegu wypełniany jest polimerem. System wprowadzający 17F kompatybilny z przewodnikami 0.035", składający się z uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do połączenia z konsolą systemu. Implantacja systemu poprzez dostęp do tętnicy biodrowej lub udowej. Stentgraft rozprężany na balonie dostępny w rozmiarach: długości od 100mm do 180mm oraz średnicy 10mm z endobagami o średnicy 60mm. Implantacja stentgraftu możliwa przy szyi tętniaka o długości ≥ 10 mm oraz przy średnicy szyi od **18 do 32mm**, w części biodrowej tętnicy o wymiarach od 9mm do 35mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2015 r. o godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2015 r. o godz. 10:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem