

Szczecin 22-10-2013r

znak sprawy: ZP/220/92/13

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa **elektrod do śródoperacyjnej ablacji zaburzeń rytmu wraz z dzierżawą generatora oraz dostawa zestawów do autotransfuzji wraz z dzierżawą konsoli**

**Wyjaśnienia nr 1**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 elektrod bipolarnych nowej generacji spełniających wszystkie wymagania techniczne SIWZ u których ze względu na opatentowany algorytm kontroli temperatury nie jest wymagane chłodzenie roztworem soli fizjologicznej (dodatkowy atut i bezpieczeństwo pacjenta)

Oferowany przez nas system wyposażony jest w podwójne czujniki temperatury na każdym z elementów czynnych (czego nie posiada nasza konkurencja), które regulując poziom mocy nigdy nie dopuszcza do przekroczenia ustawionego zakresu pracy elektrody – tym samym, sól fizjologiczna odpowiedzialna za proces „chłodzenia” miejsca ablacji staje się zbędnym elementem systemu. Dodatkowo, czas ablacji dla utworzenia pełnowartościowej blizny jest stały i wynosi 30 sekund w przypadku elektrody bipolarnej.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowane elektrody.**

**Pytanie 2****Dotyczy SIWZ – wzór umowy dla zadania 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy dla zadania 1, §1 punkt 1b na ;” wydzierżawienie Zamawiającemu fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2012 roku generatora do elektrod” zamiast wyprodukowanego w 2013 roku, oraz w związku z tym na złożenia oferty na dzierżawę generatora fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2012r ? Specyfikacja dla pakietu 1 nie wymaga zaoferowania generatora o konkretnym roku produkcji.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgody na zaoferowanie generatora fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2012r.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.**

*Z poważaniem*

.....  
**DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE**